

入 札 公 告

一般競争入札を執行するので、公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程第6条により、次のとおり公告する。

令和2年9月9日

公立大学法人宮城大学 理事長 川上 伸昭

1 入札に付する事項

(1) 調達品名及び数量

宮城大学看護学群実習機器類調達業務 1式

(2) 物品の仕様等 別添仕様書のとおり

(3) 納 入 期 限 令和2年11月30日まで（別添仕様書のとおり）

(4) 納 入 場 所 公立大学法人宮城大学大和キャンパス（宮城県黒川郡大和町学苑1番地1）

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項等

入札に参加する者に必要な資格等は、次のとおりとする。

(1) 公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程第6条の規定に該当しない者であること。

(2) 宮城県における物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録されている者であること。

(3) 宮城県内に本社（本店）又は登録を受けた支店（営業所）を有していること。

(4) 本件入札に係る公告の日から開札の日までの間に、宮城県において物品調達等に係る競争入札参加資格制限の措置を受けていない者であること。

(5) 宮城県入札契約暴力団等排除要綱別表各号に規定する措置条件に該当しないこと。

(6) 入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認申請を3に示す期日まで行うこと。なお、入札執行日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

3 入札日程

手続等	期間・期日	場所・方法等
入札説明書及び仕様書等の交付	令和2年9月9日（水）から 令和2年9月16日（水）まで	公立大学法人宮城大学大和キャンパス事務局財務課で交付する。郵送による交付依頼については、令和2年9月15日（火）午後5時到達分までとする。
質問受付	令和2年9月9日（水）から 令和2年9月16日（水）まで	公立大学法人宮城大学大和キャンパス事務局財務課へ電子メールで提出
質問に対する回答及び公開	令和2年9月17日（木）から	受付期間中に受理した質問について、入札説明書等の交付を受けた者全員に電子メールで回答するほか、宮城大学事務局で公開する。

入札参加資格 審査申請	令和2年9月9日（水）から 令和2年9月23日（水）まで	公立大学法人宮城大学大和キャンパス 事務局財務課で受付
入札参加資格 確認通知	令和2年9月24日（木）	書面で通知するほか電子メールでも連絡する。
入札日時	令和2年9月28日（月） 午前10時00分	公立大学法人宮城大学大和キャンパス 本部棟4階 401会議室

（注）上記の期間は、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から正午および午後1時から午後5時までとする。

4 入札に参加することができない者

- （1）2に定める資格等を有しない者
- （2）本件に係る入札説明書の原本の交付を受けない者

5 その他

（1）入札保証金

公立大学法人宮城大学入札保証金の免除の特例に関する規程第2条により免除。

（2）契約保証金

公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程第41条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付するものとする。ただし、同第43条に該当する場合は免除することがある。

（3）郵便等による入札の可否

否

（4）入札の無効

本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。

（5）入札金額の記載方法

入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を加算した金額をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額（契約業務を執行するために必要な一切の諸経費を含めて見積もった金額）の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

（6）落札者の決定の方法

公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程第8条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

（7）最低価格の入札者以外の者を落札者とするものの有無

無

（8）契約書作成の要否

要（別紙契約書案のとおり）

（9）詳細は入札説明書による。

（10）本公告に関する問い合わせ先

〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1番地1

公立大学法人宮城大学大和キャンパス事務局財務課財務グループ

電話：022-377-8222 FAX：022-377-8282 電子メール：zaimu@myu.ac.jp

宮城大学看護学群実習機器類調達業務についての仕様書

1 概要

本書は公立大学法人宮城大学における教育活動に導入する宮城大学看護学群実習機器類調達業務に係る仕様等について記したものである。

2 品名及び数量

別紙一覧のとおり

3 同等品による代替

別紙一覧のとおり

3 納入場所

宮城県黒川郡大和町学苑 1 番地 1
公立大学法人宮城大学大和キャンパス
詳細は別紙一覧のとおり

4 納入期限

令和 2 年 1 1 月 3 0 日 (月)
詳細は別紙一覧のとおり

5 その他

- (1) 実際の使用にあたって初期設定が必要な場合は行ってから引き渡すこと。
- (2) 搬入, 設置, 組み立てほか必要経費はすべて入札金額に含むこと。
- (3) 納品時の搬入, 設置, 組み立てにおいて建物等へ損傷を与えた場合, 修理に要する費用は契約業者が負担すること。
- (4) 納品に際して発生した梱包資材等に関しては, 契約業者が処分すること。
- (5) その他, 本仕様書に定めない事項で疑義が生じたときは, 本学担当職員と協議し, その指示によること。

	品名	メーカー	規格	台数	納品場所	領域名	同等品 代替	納品期限
1	モデル人形ケース 3体用 アルミフレーム	京都科学	KY12339	2	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
2	呼吸音聴診シミュレータ ラングII	京都科学	MW28	1	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
3	おむつ交換トレーニングモデル	京都科学	MW23 11402-000	2	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
4	耳の診察シミュレータ“EAR II”	京都科学	MW12 11391-000	1	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
5	浮腫触診モデル	京都科学	MW1 11380-000	5	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
6	万能型看護実習モデル「八重」	京都科学	MW25 11404-000	5	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
7	男性生殖器ユニット(八重用)	京都科学	MW25 11404-070	5	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
8	胎児モデル”ふうちゃん”	京都科学	F21 32515-300	1	ナーシング・ラボ4	母性看護	不可	10月31日
9	33週胎児	京都科学	F21 32515-090	1	ナーシング・ラボ4	母性看護	不可	10月31日
10	フィジカルアセスメント人形 physiko	京都科学	M55	1	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
11	フィジカルアセスメント人形 physiko	京都科学	M55	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
12	男性導尿・浣腸モデル装着式	京都科学	MW53	2	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
13	アクトカルディオグラフ 分娩監視装置	トーイン株式会社	MT-610	1	ナーシング・ラボ4	母性看護	不可	10月31日
14	アクトカルディオグラフスタンダードカート	トーイン株式会社	JC-174	1	ナーシング・ラボ4	母性看護	不可	10月31日
15	パラマウント 1クランク小児用ベッド	パラマウントベッド	KB-624C	4	ナーシング・ラボ4	小児看護	不可	10月31日
16	すやすやコット	パラマウントベッド	KB-115A	5	ナーシング・ラボ4	小児看護	不可	10月31日
17	ベッドサイドモニタ	日本光電	PVM-4761-Q20	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
18	送信機	日本光電	ZS-600P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
19	ホルダ	日本光電	DH470P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
20	インターフェース	日本光電	QI-470P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
21	架台	日本光電	KC-470P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
22	アダプタ	日本光電	DH-470P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
23	バッテリーパック	日本光電	SB-470P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
24	FQW50-2-100記録紙	日本光電	A721	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
25	ビットロードF-150M	日本光電	G210D	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
26	TL-201T2フィンガープローブ	日本光電	P225F	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
27	医用テレメータ(4人用)	日本光電	WEP-1400-Z02	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
28	レコーダユニット	日本光電	WS-140P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
29	スタンド	日本光電	DM-140P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
30	アンテナ基台	日本光電	2A-023P	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
31	バッテリーパック SB-950P	日本光電	X162A	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
32	送信機	日本光電	ZS-620P	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
33	電極リード線(3電極)BR-903P	日本光電	K911	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
34	輸液ポンプ	テルモ	TE-LM835A	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	10月31日
35	シリンジポンプ	テルモ	TE-SS835N	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	10月31日
36	坂本モデル きんちゅうくん II	坂本モデル	M118-1	5	ナーシング・ラボ1	基礎看護	不可	10月31日
37	救急ワゴンR3	アズワン	0-4558-41	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	11月30日
38	ナースカート(ディスカス)	アズワン	7-8356-01	6	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	11月30日
39	ナースカートトレイ	アズワン	7-8356-11	6	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	11月30日
40	下段トレイユニット	アズワン	0-5719-53	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	10月31日
41	アルティア トレー	アズワン	0-5732-45	8	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
42	アルティア トレー	アズワン	0-5732-46	6	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
43	アルティア中段点滴ユニット	アズワン	0-5724-42	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
44	アルティア中段点滴ユニット	アズワン	0-5724-32	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
45	スライディングマット	アズワン_シーマン	7-6260-01	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	可	10月31日
46	レサシアンQCPR全身 充電式 「心肺蘇生トレーニング用シミュレータ」	レールダル	171-01260	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
47	レサシアン スキルガイド	レールダル	170-30050	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
48	尿バックフック	アズワン	7-6348-01	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	11月30日
49	病衣(L)	アズワン	0-8751-13	6	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
50	酸素ボンベラック	アズワン	0-2396-01	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
51	車いす用酸素ボンベ架台	アズワン_カワムラサイクル	0-6658-02	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
52	アキュフェューザー 持続吸入ポンプ・ボラス注入付加タイプ	アズワン_クリエートメディック	8000006920	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
53	壁掛吸引器	アズワン_小池メディカル	7-5114-01	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
54	酸素ボンベ流量計	アズワン_小池メディカル	7-7033-02	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
55	サージカルクリッパー	アズワン_スリーエム	8-1894-22	2	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
56	サージカルクリッパー替刃	アズワン_スリーエム	8-1894-16	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
57	ベッド用イルリガートル	アズワン_フランスベッド	8-1923-01	6	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日
58	加圧バッグ	アズワン_名優	8-7340-01	1	ナーシング・ラボ2	成人看護	不可	10月31日

同等品による代替について

(1) 輸液ポンプ (基準品: テルモ TE-LM835A)

- ア テルモ株式会社製の輸液ポンプであること
- イ メーカー指定の滅菌済み輸液セット及び指定の滅菌済み輸血セットが使用できること
- ウ リチウムイオン電池バッテリーが搭載されていること
- エ 比較的大きな画面で流量を確認できること

(2) シリンジポンプ (基準品: テルモ TE-SS835N)

- ア テルモ株式会社製のシリンジポンプであること
- イ メーカー指定の一般用滅菌済シリンジ及び指定の薬剤充填シリンジが使用できること
- ウ リチウムイオン電池バッテリーが搭載されていること
- エ 比較的大きな画面で流量を確認できること

(3) 救急ワゴン (基準品アズワン 0-4558-41)

- ア 引き出しが3段以上ついていて、かつ1段は鍵付きであること
- イ 幅×奥行×高さが802mm×520mm×1027mm以上であること
- ウ 天板がついていること
- エ キャスター (対角ストッパー付き) がついていること
- オ AC100V コンセントが2口以上がついていること

(4) ナースカート (ディスカス) (基準品: アズワン 7-8356-01)

- ア 幅×奥行×高さ (最大) が450mm×510mm×1010mm以上であること
- イ 作業台、4輪キャスター (2輪ストッパー付) がついていること
- ウ ナースカートトレイ (アズワン 7-8356-11) が装着できるものであること

(5) 下段トレイユニット (基準品: アズワン 0-5719-53)

- ア アルティアトレイ (アズワン 0-5732-45, 0-5732-46) 及びアルティア中段点滴ユニット (アズワン 0-5724-42, 0-5724-32) が使用できること

(6) スライディングマット (基準品: アズワン 7-6260-01)

- ア 本体は柔らかいマット仕様であり、外側カバーは洗濯機を使用できること
- イ 幅×長さは600mm×1900mm以上であること

(7) 分娩監視装置及びスタンダードカート (基準品: トーイツ MT610, JC174)

代替品は AvalonFM-20 及びポータブルスタンド II (アトムメディカル株式会社) のみ可